



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PANDANWANGI
Jalan L.A Sucipto no 315 no telp (0341) 484472
KOTA MALANG



ANALISA DATA ASPAK TAHUN 2024

NO	DATA	PENCAPAIAN		IDENTIFIKASI MASALAH	ANALISA MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT	EVALUASI
		SEMESTER I	SEMESTER II					
Tingkat keaktifan Mengupdate Data								
1	Sarana	100%	100%	telah terupdate	tidak ada	mengupdate jika ada sarana baru atau renovasi	dilakukan update	Diupdate 2 kali dalam 1 tahun
2	Prasarana	100%	100%	telah terupdate	tidak ada	mengupdate jika ada tambahan prasarana	dilakukan update	terupdate
3	Alkes	100%	100%	telah terupdate	tidak ada	mengupdate jika ada alkes rusak, dihapus ataupun alkes baru	Dilakukan update setiap ada alkes baru atau rusak	terupdate
Tingkat Kelengkapan Data								
1	Sarana (60%)	100 %	100%	memenuhi target	dari ASPAK yang belum tersedia UKGS Kit dan ruang kantor untuk karyawan	menyediakan UKGS Kit sesuai standart alkes di ASPAK dan mengusulkan pembangunan ruang kantor karyawan	Diusulkan pada anggaran puskesmas	UKGS kit akan dilengkapi ditahun 2025 dan diusulkan pembangunan ruang kantor karyawan di RKBMD 2026
2	Prasarana (10%)	77,78%	77.78%	memenuhi target	Ambulan perlu diganti karena memerlukan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang besar tiap tahunnya	mengusulkan ambulan/mobil operasional	diusulkan di dinkes	mengusulkan di perubahan RKBMD 2025

3	Alkes (40%)	74,08%	73,17%	Memenuhi target, tetapi mengalami penurunan pada semester II	jumlah standart alkes berkurang tetapi alkes yang belum dimiliki oleh puskesmas masuk di item tersebut sehingga prosentase menjadi berkurang dan adanya alkes dalam kondisi rusak dan belum ada gantinya	melengkapi alkes dengan mengusulkan kembali pada puskesmas dan dinkes	diusulkan ke dinkes dengan anggaran APBD dan puskesmas dengan anggaran BLUD	membuat usulan alkes yang tidak ada dan yang rusak sesuai aspak agar kelengkapan alkes diaspak terpenuhi
---	-------------	--------	--------	--	--	---	---	--

Tingkat Kelengkapan data Kalibrasi untuk Alat wajib Kalibrasi

TAHUN		2023	2024						
1	Jumlah Alat	210	220						
2	Sudah Kalibrasi	32	19						
3	Tingkat Kalibrasi	17,78			Belum Memenuhi target dan disemester II belum terupdate di ASPAK	Jumlah Alat yang dikalibrasi tergantung anggaran dinkes	Mengusulkan alkes yang wajib kalibrasi baik menggunakan anggaran dinkes ataupun puskesmas	Dibuat surat permohonan usulan kalibrasi ke dinkes dan puskesmas	Awal tahun membuat usulan kalibrasi ke dinkes dan puskesmas

Presentasi Status Kelengkapan Pelayanan

RUANG PELAYANAN

	Ruang klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia	79,17	79,17	Memenuhi target kelengkapan alkes yaitu 40%, tetapi belum 100 %	masih terdapat alkes yang tidak tersedia	merencanakan usulan alkes	dibuat usulan tetapi untuk alkes yang memang dipakai	sebagian alkes yang sesuai standar di aspak jika tidak dipakai tidak diusulkan
	ruang gawat darurat	80	80	memenuhi target dengan prosentase tetap	alkes yang tidak tersedia sudah diusulkan tetapi belum terpenuhi	akan dilakukan usulan kembali ke dinkes dan puskesmas	dibuatkan usulan	mengirim usulan kedinkes

	Sterilisasi	50	50	memenuhi target dengan prosentase tetap	Korentang,lengkung, penjepit alat steril,23(cheattle)	merencanakan usulan alkes	diusulkan kedinkes	telah dibuatkan usulan ke dinkes
	Kes gigi & mulut	88,41	83,82	Memenuhi target tetapi mengalami penurunan dari semester I	alkes yang tidak tersedia tidak dipakai sehingga tidak dilengkapi			dilakukan pemeliharaan alkes yang ada
	ASI/LAKTASI	100	100	Memenuhi target				
	Farmasi	76,92	76,92	memenuhi target dengan prosentase tetap	alkes yang tidak tersedia tidak dibutuhkan			tidak membuat usulan
	LAB	79,31	73,33	Memenuhi target tetapi mengalami penurunan dari semester I	ada 2 alkes yang kondisinya rusak dan belum ada gantinya	mengusulkan kembali alkes yang rusak dan belum tersedia	diusulkan kedinkes	usulan tahun 2024 sudah ada yang dipenuhi ditahun 2025 yaitu urine analyzer
	RUANGAN KIE/PROMKES	58,82	58,82	memenuhi target dengan prosentase tetap	sudah diusulkan Fantom tetapi belum dipenuhi	mengusulkan kembali alkes yang tidak tersedia	dibuat usulan alkes	melengkapi ketersediaan
	KIA,KB&IMUNISASI	89,8	90	Memenuhi target kelengkapan alkes 40%, dan mengalami peningkatan dari				

				semester II				
	ruang infeksius	66,67	83,33	Memenuhi target 40%, dan mengalami peningkatan pada semester II	sudah terpenuhi semua sesuai standart alkes			
PERALATAN PELAYANAN LUAR GEDUNG								
	Set keperawatan kesehatan masyarakat	70	70	memenuhi target dengan prosentase tetap				
	Kit imunisasi	100	100	Memenuhi target				
	Kit UKS	37,5	37,5	belum memenuhi target kelengkapan alkes 40%	peralatan kit belum lengkap	merencanakan melengkapi alkes sesuai standart	dilengkapi bertahap	melengkapi kit peralatan yang kurang dengan mengusulkan ditahun 2025
	Kit Bidan	55,17	55,17	memenuhi target dengan prosentase tetap				
	Kit Posyandu	28,57	28,57	belum memenuhi target kelengkapan alkes 40%	peralatan kit belum lengkap	merencanakan melengkapi alkes sesuai standart	dilengkapi bertahap	melengkapi kit peralatan yang kurang dengan mengusulkan ditahun 2025
	Kit sanitarian	54,55	54,55	memenuhi target dengan prosentase tetap	masih banyak yang perlu dilengkapi	mengusulkan kedinkes	diusulkan didinkes	telah diusulkan

Mengetahui
Kepala Puskesmas Pandanwangi

dr.Sri Purwani
Nip.19740708 200501 2 014

Pengelola ASPAK

Indah Setya Kusuma,A.Md an farm
Nip.19800420 200501 2 013